

2024 年淮北市疾控中心招标采购 HIV 检测项目试剂及耗材清单				
序号	名 称	技术指标或规格	单位	数量
1	人类免疫缺陷病毒抗体和抗原 (P24) 联合检测试剂盒 (磁微粒化学发光法)	1、用于定性检测人血清或血浆中的人类免疫缺陷病毒 1 型（包括 0 组），2 型抗体及 1 型 p24 抗原。 2、到货后有效期≥9 个月。 3、适用于我单位安图 AutoLumo A1000 化学发光检测仪。 ◆4、产品需取得国家医疗器械产品注册证。	人份	1500
2	丙型肝炎病毒 IgG 抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）	1、用于体外定性检测人血清或血浆中的丙型肝炎病毒 IgG 抗体。 2、到货后有效期≥9 个月。 3、适用于我单位安图 AutoLumo A1000 化学发光检测仪。 ◆4、产品需取得国家医疗器械产品注册证。	人份	1500
3	抗 HIV-1/HIV-2 特异性抗体免疫印迹法 WB 检测试剂 ▲（核心产品）	1、检测方法：蛋白印记法； 2、可检测样品：人血清或血浆； 3、检测病毒型：HIV-I 全病毒条带和 HIV-II 型特异性条带； ★4、HIV 抗体确证试剂须提供以下 HIV 抗体条带：gp160、gp120、gp41、p66、p55、p51、p31、p24、p17； ◆5、检测方法有快速法和隔夜孵育法二种； 6、到货后有效期≥9 个月。 ◆7、产品需取得国家医疗器械产品注册证。	人份	288
4	人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）	1、用于定性检测人血清、血浆或全血中 HIV-1（包括 0 组）和 HIV-2 特有的所有类型抗体（IgG，IgM，IgA）。 2、可在室温下储存。 3、到货后有效期≥9 个月。 ◆4、产品需取得国家医疗器械产品注册证。	人份	300
5	全自动免疫检验系统用底物液	1、适用于我单位安图 AutoLumo A1000 化学发光检测仪。 2、到货后有效期≥9 个月。	套	8
6	清洗液	1、适用于我单位安图 AutoLumo A1000 化学发光检测仪。 2、到货后有效期≥9 个月。	瓶	8
7	系统清洗液	1、适用于我单位安图 AutoLumo A1000 化学发光检测仪。 2、到货后有效期≥9 个月。	瓶	12
8	样本稀释液	1、适用于我单位安图 AutoLumo A1000 化学发光检测仪。 2、到货后有效期≥9 个月。	瓶	4

9	盒装反应杯	1、适用于我单位安图 AutoLumo A1000 化学发光检测仪。 2、到货后有效期≥9 个月。	160 支/盒	24 盒
10	灭菌橡胶外科手套	1、手套有独立包装。 2、可以提供 7 号、7.5 号、8 号等多种规格供我单位选择分配。	副	1600
11	一次性抽取式使用橡胶检查手套	1、手套有独立小包装。 2、可以提供 S 码、M 码、L 码多种产品规格供我单位选择分配。	副	4000
12	医用外科口罩	1、产品符合我国医药行业标准 YY0469-2011《医用外科口罩技术要求》。	只	1000
13	人类免疫缺陷病毒 I 型(HIV-1 型) 核酸测定试剂盒 (PCR-荧光探针法)	1、最低灵敏度为 50IU/ml。 2、线性范围:250IU/ml-1*10 ⁸ 。 ★3、带内标系统, 外源性内标假病毒需与临床样品一起参与提取, 可以对核酸提取过程和扩增系统进行监控。 ◆4、注册资格:产品需取得国家医疗器械产品注册证。 5、到货后有效期≥9 个月。	人份	300
14	病毒核酸快速提取试剂盒 (磁珠法)	★1、适配我单位硕世生物科技 SSNP-3000A 核酸提取仪	人份	500
15	1000ul 带滤芯加长无菌吸头	1、无菌、含滤芯, 不含酶 2、加长	96 支/盒	50 盒
16	100ul 带滤芯加长无菌吸头	1、无菌、含滤芯, 不含酶 2、加长	96 支/盒	50 盒
17	200ul 带滤芯加长无菌吸头	1、无菌、含滤芯, 不含酶 2、加长	96 支/盒	50 盒
18	200ul 特长盒装滤芯吸头	1、无菌、含滤芯, 不含酶 2、加长	96 支/盒	50 盒
19	10ul 加长带滤芯无菌盒装长吸头	1、无菌、含滤芯, 不含酶 2、加长	96 支/盒	50 盒
20	细胞质控品	1、规格: 低值, 3ml*1 支, 适用于流式细胞仪检测淋巴细胞 CD3、CD8、CD4 过程中进行质量控制的全血制品。 2、组成成分: 红细胞、白细胞及 BAS 稳定液。 ◆3、细胞质控品需取得国家医疗器械产品注册证, 以及效期内提供 CD3、CD8、CD4 的绝对数和百分位计数的参考值范围, 到货有效期≥4 个月。	支	1