

## 采购需求

前注:

- 1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
- 2、**标★设备技术参数不允许负偏离，如出现负偏离视为技术参数不响应，作无效标处理；**未标★设备技术参数在能够满足采购人使用的情况下允许偏离，但供应商应在投标文件中提出偏离说明，供评标委员会评审；
- 3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；
- 4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目所需的所有各项服务等明细表及全部费用。投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；
- 5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；
- 6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品，供应商投报进口产品将不被接受，视为不实质响应招标文件；
- 7、下列采购需求中：如果要求提供产品相关证明材料，投标供应商须在投标文件中提供上述资料；
- 8、下列采购需求中：标注▲（核心产品）的产品，投标供应商在投标文件《成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效；
- 9、验收标准：应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
- 10、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系采购人（采购代理机构），或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后采购人不再受理对招标文件条款提出的质疑。

## 技术需求

名称	技术指标、规格或要求	单位	数量
HIV (1/2) 快速 检测试剂	1. 方法学：胶体金法，规格：≤100 人份/盒； 2. 原理：胶体金免疫层析法； 3. 应用于门诊、急诊、术前检测、个体检测、流行病学调查、人群 HIV 抗体筛查，用于 HIV 感染的辅助诊断； 4. 全血/血清/血浆均可检测，结果无显著性差异（提供相关证明材料）； ★5. 评估结果：近五年参加过全国 HIV 抗体快速诊断试剂临床质量评估，敏感性均 100%，功效率均大于 99%，产品通过了国家食品药品监督管理局注册。产品质量稳定可靠，未出现不良记录。 6. 满分通过近三年国家卫生部临检中心室间质评； 7. 30 分钟内出结果，方便快捷； ★8. 有效期：不少于 24 个月，采购人验收后有效期不少于 24 个月； 9. 试剂储存条件：2~30℃密封干燥处保存； 10. 试剂工作条件要求：室温； 11. 血红蛋白浓度≤178g/L，总胆红素浓度≤1.6mg/100mL，甘油三酯浓度≤200mg/mL，总胆固醇浓度≤200mg/mL 对结果无影响； 12. 全国 EQA 使用客户量连续三年每年≥100 家； 13. 获得 CE 认证及世界卫生组织 WHO、PQ 质量认证； 14. 每批货物都要出具本批检验报告单，生产厂家通过 ISO13485 或 ISO9001 等体系认证（需提供证明文件）； 15. 所投产品在安徽省医药集中采购平台，且有采购限价，供应商有厂家配送能力并提供承诺函。	人份	70000